

# Mikrovaskulariniø akustiniø trajektorijø padëties nustatymas taikant kompiuterinæ tomografijà


A. Ragauskas, A.Kanapienis, D.Virbonis

KTU Telematikos laboratorija

Student• g. 50, 3028 Kaunas

## Ávadas

Þmogaus galvospûþbio (*Intracranial Pressure - ICP*) matavimo ir monitoringo svarbà árodo neurochirurginës reanimacijos pacientø fiziologinio monitoringo teorija ir praktika [7,17] bei metodikos pløtros tendencija [8].



1 pav. Intrakraninë kaukolës terpë (trimatë rekonstrukcija, panaudojant kompiuterinæ tomografijà).

Kita interesø sritis, kurioje ICP monitoringui teikiama didel• reikšm•, - tai žmogaus, patekusio • nesvarumo bøkl•, smegen• hemodinamikos diagnostika [6]. Abiem atvejais idealu bøt• naudotis neinvazin•mis matavimo ir monitoringo priemon•mis ir šitaip išvengti infekcij• rizikos ir kitokio diskomforto.

KTU Telematikos laboratorijoje sukurta nauja ultragarsin• neinvazinio ICP monitoringo technologija ir technika [1-5]. Esminis ðios technologijos popymis - tai, kad gaunama dinaminiø matavimø informacija apie kraujotakà smulkiausiuose smegenø kraujo induose. Tokia informacija negali bûti gauta iki ðiol binomomis neinvazin•mis technologijomis [9-14]. Smegen• audinio arteriolose vyksta smegen• kraujotakos autoreguliacijos ir ICP bei normalaus perfuzijos sløgio


palaikymo procesai [15]. Marmarou ir kit• darbuose [16] parodyta, kad kaip tik døl mikrovaskularini• faktori• padid•jimo ICP daugeliu galvos smegen• traum• atvej•.

## Problema

Galvos vidinë terpë nëra vienalytë. Be smegenø audinio, èia yra stambùs kraujo indai bei smegenø skysèio (likvoro) skilveliai, sudarantys sudëtingà erdinæ struktûrâ (1 pav.).


Naudojant naujàjà technologijà, svarbu taip parinkti akustinæ trajektorijà tarp dviejø prieðingose galvos pusëse esanèiø ultragarso keitikliø [1], kad joje nebûtø kitø intrakraninës terpës objektø, iðskyrus smegenø audiná. Kitas kietikliø padëties kriterijus - maksimalus kaukolës kaulo sutapimas su keitiklio akustinio kontakto plokðtuma. Tai svarbu, siekiant nuslopinti iðorinio audinio kraujotakà. Kadangi kiekvieno individuo kaukolës bei intrakraniniø objektø matmenys yra individualûs, o taikyti kompiuterinæ tomografijà kiekvienu individualiu atveju vargu ar yra ekonomiðkai pateisinama, iðkilo poreikis rasti koordinaèiø tinklelâ, kuris palengvintø korektiðkos akustinës trajektorijos paieðkà prieð neinvaziná ICP monitoringà.

## Tyrimas



2 pav. Koordinaèiø priesajos schema

Koordinatëms nustatyti naudotasi General Electric spiraliniu kompiuteriniu tomografu Sytec Synergy. Galimø trajektorijø paieðka buvo atlikta penkiems atsitiktinai parinktiems pacientams Respublikinëje Panevëpio ligoninëje. Vienam ið jø dël



3 pav. Kompiuterinio tomografo ir neinvazinio ICP monitorius koordinaèiø ryðio schema

smegenø auglio buvo pakitusi skilveliø sistema.

Neinvazinio ICP monitoriaus koordinaèiø sistemos priesajos taðkai parodyti 2 pav. Jø ryðio su kompiuterinio tomografo koordinaèiø sistema schema pavaizduota 3 pav. Èia **a** ir **b** yra trajektorijos koordinatës neinvazinio ICP monitoriaus sistemoje; **k** - aðinës tomogramos plokðtumos, einanèios per antaká, projekcijos sagitalinëje plokðtumoje atkarpa; jos ilgis yra lygus atstumui tarp antakio ir koronalinio pjûvio, einanèio per abiejø ausø landas, plokðtumos; **m** - atstumas nuo ausies landos iki tomogramos, einanèios per antaká, plokðtumos; **l** - atstumas tarp tiesës, einanèios per abiejø ausø landas ir antakio; **x** ir **y** yra trajektorijos koordinatës kompiuterinio tomografo sistemoje; **A** - ausies landos taðkas; **B** - antakio taðkas; **C** - pjezokeitiklio akustinë aðis, arba akustinës trajektorijos taðkas.

Galimø trajektorijø koordinatës buvo perskaièiuotos ið kompiuterinio tomografo á neinvazinio monitoriaus koordinates pagal tokias formules:

$$a = \sqrt{(k-x)^2 + y^2} ;$$

$$\text{èia } k = \sqrt{l^2 - m^2} ;$$

$$b = l \left( \sin \left( \arcsin \left( \frac{m}{l} \right) + \arcsin \left( \frac{y}{a} \right) \right) \right) .$$

### Rezultatai

Koordinatëms perskaièiuoti buvo naudojama Microsoft Excel programa. Skaièiavimo rezultatai pateikiami 1 - 5 lentelëse. **D** ir **K** yra kampo tarp pjezokeitiklio aktyvaus pavirðiaus ir kaukolës kaulo reikðmë atitinkamai paciento galvos deðinëje ir kairëje pusëse.

1 lentelë

Vieta	l	m	Paciente Nr.	Kampai tarp kaulo ir keit.
	102	32	1250	

	x	y	a, mm	b, mm	D, °	K, °
Virð skilv. pakauðis	0	46	107,2194	70,4568	20	18
kakta	-10	41	114,4465	64,5723	11	5
pakauðis	29	41	79,27595	77,4772	18	18
kakta	-21	36	123,2263	58,8984	13	12
pakauðis	43	36	64,7755	80,429	21	20
kakta	-29	31	129,6122	54,2354	19	21
pakauðis	46	31	59,55471	77,7365	21	19
kakta	-31	26	130,4673	50,6588	22	21
pakauðis	42	26	60,70063	70,4	19	18
tarp skilv.	3	21	96,17119	52,3761		

tarp skilv.	9	38	95,71673	67,8202		
----------------	---	----	----------	---------	--	--

2 lentelė

Vieta	l	m	Paciente Nr.		Kampai tarp kaulo ir keit.	
	102	28	1300		D, °	K, °
Virð skilv. pakauðis	x	y	a, mm	b, mm	D, °	K, °
	0	34	103,8075	58,58014	13	12
	-25	29	126,4519	49,74739	7	7
kakta	20	29	83,29307	60,39699	10	17
pakauðis	-32	24	132,2771	45,33094	18	15
kakta	32	24	70,30489	59,80015	12	13
pakauðis	-33	19	132,4514	41,7801	18	15
kakta	35	19	65,88086	55,09696	18	13
pakauðis	-37	14	135,8051	37,96194	20	18
kakta	43	14	56,83294	54,87165	15	11
tarp skilv.	2	17	96,36181	48,58428		

3 lentelė


Vieta	l	m	Paciente Nr.		Kampai tarp kaulo ir keit.	
	110	26	1257		D, °	K, °
Virð skilv. pakauðis	x	y	a, mm	b, mm	D, °	K, °
	0	51	118,4272	69,4942	17	13
	-19	46	134,0245	61,1051	14	11
kakta	33	46	87,03284	78,5633	13	16
pakauðis	-22	41	135,2474	57,178	19	13
kakta	43	41	75,90818	79,6116	18	17
pakauðis	-29	36	140,5711	52,5055	21	19
kakta	48	36	69,01609	77,9348	24	19
pakauðis	-33	31	143,277	48,5098	21	20
kakta	49	31	65,66167	73,9339	22	17
tarp skilv.	4	30	97,57662	60,2268		

4 lentelė

Vieta	l	m	Paciente Nr.		Kampai tarp kaulo ir keit.	
	96	14	1322		D, °	K, °
Virð skilv. pakauðis	x	y	a, mm	b, mm	D, °	K, °
	0	57	110,7655	60,87753	9	6
	-8	52	115,3585	55,30814	13	11
kakta	29	52	84,00313	69,78624	18	11
pakauðis	-18	47	122,3603	49,40649	16	15
kakta	35	47	76,19608	69,60194	18	12
pakauðis	-16	42	118,6556	46,71103	15	15
kakta	42	42	67,60333	69,97475	15	14
pakauðis	-24	37	124,5943	41,57219	19	18
kakta	50	37	58,23772	86,24346	16	15


5 lentelė

Vieta	l	m	Paciento Nr.		Kampai tarp kaulo ir keit.	
	113	37	1242		D, °	K, °
Virð skilv. pakauðis	x	y	a, mm	b, mm	D, °	K, °
	0	40	114,0175	72,106	12	16
	-4	35	116,1687	67,4493	11	13
	27	35	87,1113	76,781	13	9
	-13	30	123,4708	61,8336	8	12
	41	30	72,28967	77,973	10	13
	-15	25	124,3106	57,7166	12	6
	51	25	61,11776	77,4372	12	13
	-22	20	130,3147	52,9483	15	12
	52	20	58,30814	63,2789	13	15
tarp skilv.	0	5	96,97938	36,9508		




4 pav. Galimø virðskilveliniø akustiniø trajektorijø padëtys


4 pav. parodytos galimø virðskilveliniø akustiniø trajektorijø vietas. Jas bymintys skaièiai atitinka 5-10 pav. argumento koordinatæ. 5-9 pav. parodyta kampø tarp kaukolës kaulo ir pjezokeitiklio aktyvaus pavirðiaus reikðmiø priklausomybë nuo trajektorijos vietas. 10 pav. parodyta kampø tarp kaukolës kaulo ir pjezokeitiklio aktyvaus pavirðiaus kiekvienoje galimos akustinës trajektorijos vietoje aritmetiniai vidurkiai. Gauti matavimø rezultatai leido rasti koordinaèiø tinklelå, tinkamà neinvazinio ICP monitoriaus




5 pav.




akustinei aðiai preliminariai




orientuoti.



8 pav.



9 pav.



10 pav.

## Iðvados

- Panaudojant kompiuteriná tomografá *Sytec Synergy*, eksperimentiðkai nustatytos galimø mikrovos-kuliariniø akustiniø trajektorijø koordinatës dviejose zonose - tarpskilvelinëje ir virðskilvelinëje.
- Parodyta, kad:
  - tarpskilvelinëje galimo mikrovaskuliariniø trajektorijos zonoje trajektorijos aðies koordinatë a gali kisti intervalo [95, 7-97, 6] mm, o koordinat• b - intervalo [36, 9-67, 8] mm;
  - virðskilvelinëje zonoje maksimalus kampus tarp kaukolës kaulo pavirðiaus ir pjezokeitiklio aktyvaus pavirðiaus yra intervalo [10°, 19°]. Tokiu kampu turi spinduliuti ir priimti ultragarso signalus pjezokeitikliai tuo atveju, jei neinvaziniam ICP monitoringui pasirenkama virðskilvelinë akustinë trajektorija.

## Literatûra

- Ragauskas A., Daubaris G. A method and apparatus for non-invasively deriving and indicating of dynamic characteristics of the human and animal intracranial media. US Patent 5 388 583, 1995; Intern. Patent Appl. PCT/IB94/00293, Intern. Publication WO 95/06435, 1995; European Patent Appl. 94926363.6, 1995.
- Daubaris G., Kausinis S., Ragauskas A. Simultaneous measurement of dynamic values using the transit-time method. IEEE Trans Instr. & Meas. April 1992; 41, pp. 251-255.
- Ragauskas A., Daubaris G., Pamakstis V., Chomskis R. New non-invasive method and system for intracranial pulse waves measurement. Proc. of 1995 IEEE Ultrasonic Symposium, Seattle, USA, November 7-10, 1995; pp. 1213-1218.
- Ragauskas A., Daubaris G., Pamakstis V., Chomskis R. A new non-invasive monitoring technology for neurosurgical ICU patients and healthy persons. Medical & Biological Engineering & Computing Vol. 34, Suppl. 1, 1996, pp. 396-371.
- Ragauskas A., Daubaris G., Pamakstis V., Matusevicius D., Jarzemskas E., Matukevicius

- A., Deltuva V. New non-invasive technology for cerebrovascular dynamic responses determination. Cerbrovascular Diseases Vol. 6, Suppl. 3, 1996, p. 18.
- Braukus M., Hutchison A. NASA Tests Painless Ways of Measuring Intracranial Pressure. NASA HQ Public Office. Tue, 28 Mar 1995
  - J.D. Pickard, M.Czosnyka Management of Raised Intracranial Pressure. Neurological Emergency, 1993
  - Guidelines for the Management of Severe Head Injury. American Assotiation of Neurological Surgeons, 1995
  - Aaslid R., Markwalder T-M, Nornes H. Non-invasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J Neurosurg 1982; 57, pp 769-74.
  - Newell DW, Aaslid R. Transcranial doppler. New York: Raven Press, 1992.
  - Reid A, Marchbanks RJ, Martin R, Pickard JD, Bateman N, Brightwell R. Mean intracranial pressure monitoring by an audiological technique - a pilot study. J Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1989;70, pp. 222-30.
  - Nornes H., Serek-Hanssen F. Miniature transducer for intracranial pressure monitoring in man. Acta Neurol Scand 228, pp 365-370, 1970.
  - Raju TNK., Vidyasagar D., Papazafiratou C.: Intracranial pressure monitoring in the neonatal ICU. Crit. Care. Med 8, pp. 575-581, 1980.
  - Salmon J.H, Hajjar W, Bada H.S. The fontogram: a noninvasive intracranial pressure monitor. Pediatrics 60:721-725, 1977.
  - Bruce DA. Pathophysiology of intracranial pressure. In: Diseases of the nervous system. W.Heineman, London 1986, pp. 1044 - 1052.
  - Marmarou A, Maret AL et al. Contribution of CSF and vascular factors to elevation of ICP in severely head-injured patients. J. Neurosurgery 66, pp. 883 - 890, 1987.
  - Daubaris G, Deltuva V, Jerzemskas E, Matukevicius A, Ragauskas A. An in-vivo assessment of the non-invasive ICP monitoring system. Abstracts of the 10-th International Symposium on intracranial pressure, Williamsburg, USA, 1977, P0-1-018.

A.Ragauskas, A.Kanapienis, D.Viržonis

The identification of position of the microvascular acoustic paths, using computerized tomography

### Summary

The new technology for non-invasive intracranial pressure monitoring, designed in the Telematics scientific laboratory of Kaunas University of Technology, allows non-invasively acquire a dynamically measured data about a blood volume dynamic in the smallest vessels of a brain blood system. The aim of this study was to identify the coordinates of possible acoustic paths using computerized tomography for non-invasive intracranial pressure monitoring. The possible coordinates were measured in 5 patients of Republican Hospital of Panevëžys, using computerized tomography with helical scanning of GE Sytec Synergy. One of the patients had the changes in ventricular system because of brain a tumor. The possible coordinates were obtained in two separate zones: between-ventricular and above-ventricular. It was found, that the coordinates are ranging in intervals 95.7; 97.6 and 36.9; 67.8 mm for between-ventricular zone. The maximum angle between skull bones and the active surface of transducer is ranging from 10 to 19 degrees for the above-ventricular zone.